

Accettazione: **20191480** Del: **18/09/2019**

Data Arrivo Campione: **18/09/2019**

Tipo Analisi: **Rifiuto (generico)**

Descrizione :

Rifiuto liquido CER 19 07 03

Riferimenti Legge/autorizzazione:

Dirett. quadro 2008/98/CE e s.m.i.: 2017/997UE, 2016/1179UE, 2014/1357UE, 2008/1272CE che modificano il D.Lgs 205/2010.

Oggetto :

Analisi di classificazione ai fini della caratterizzazione e dell'attribuzione codice CER.

Luogo di prelievo :

- Loc. Salanetti - Capannori

Prodotto da :

ASCIT spa -

Data Campionamento: **13/09/2019** Ora: **9:00**

Campionato da: **Produttore**

Modalità Campionamento: **-**

Trasportato da: **a cura del cliente**

Temperatura Campione in

Accettazione: **Ambiente**

Data Inizio Prova: **19/09/2019** Ora: **9:15** Data Fine Prova: **25/09/2019**

Genesis srl

Capitale sociale al 25.01.2012 euro 17.000,00 i.v. - Cod. Fisc. P. IVA e n° iscrizione Registro delle imprese di Pistoia 01344970478 REA PT n° 141776

Sede legale: Via Vecchia Bolognese n. 9 - 51100 PT - Sede amministrativa e ricevimento campioni: Via Erbosa, 30 - 51100 PT - tel 0573.528464

Sede Operativa: Via Olanda, 20 - Z.I. La Tura - 56032 Cascine di Buti (PI) - tel 0587.724845 Fax 0587.723964

www.genesiservices.it - info@genesiservices.it

Prova	Metodo	Unità di Misura	Risultato
Alluminio <i>Data inizio - fine Analisi 19/09/2019 - 25/09/2019</i>	PDP 03 C_rev. 18 2019	mg/l	81,6
Ammonio <i>Data inizio - fine Analisi 19/09/2019 - 19/09/2019</i>	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	8,9
Boro <i>Data inizio - fine Analisi 19/09/2019 - 25/09/2019</i>	PDP 03 C_rev. 18 2019	mg/l	7,72
Ferro <i>Data inizio - fine Analisi 19/09/2019 - 25/09/2019</i>	PDP 03 C_rev. 18 2019	mg/l	115
Idrocarburi Totali <i>Data inizio - fine Analisi 23/09/2019 - 23/09/2019</i>	PDP 36 C_rev.00 2015	mg/l	< 1
Stagno <i>Data inizio - fine Analisi 19/09/2019 - 25/09/2019</i>	PDP 03 C_rev. 18 2019	mg/l	0,17
Tensioattivi Totali <i>Data inizio - fine Analisi 19/09/2019 - 19/09/2019</i>	PDP 40 C_rev.00 2015	mg/l	41,1
Arsenico <i>Data inizio - fine Analisi 19/09/2019 - 25/09/2019</i>	PDP 03 C_rev. 18 2019	mg/l	0,20
Cadmio <i>Data inizio - fine Analisi 19/09/2019 - 25/09/2019</i>	PDP 03 C_rev. 18 2019	mg/l	0,07
Cloruri <i>Data inizio - fine Analisi 20/09/2019 - 20/09/2019</i>	PDP 04 C_rev. 13 2019	mg/l	1979
Cobalto <i>Data inizio - fine Analisi 19/09/2019 - 25/09/2019</i>	PDP 03 C_rev. 18 2019	mg/l	0,22
Cromo esavalente (Cr VI) <i>Data inizio - fine Analisi 23/09/2019 - 23/09/2019</i>	IRSA CNR 16 Q. 64 Vol. 3 1986	mg/l	< 1
Cromo Totale <i>Data inizio - fine Analisi 19/09/2019 - 25/09/2019</i>	PDP 03 C_rev. 18 2019	mg/l	0,38
Mercurio <i>Data inizio - fine Analisi 19/09/2019 - 25/09/2019</i>	PDP 03 C_rev. 18 2019	mg/l	0,37
Nichel <i>Data inizio - fine Analisi 19/09/2019 - 25/09/2019</i>	PDP 03 C_rev. 18 2019	mg/l	0,49
Nitrati <i>Data inizio - fine Analisi 20/09/2019 - 20/09/2019</i>	PDP 04 C_rev. 13 2019	mg/l	< 10
pH <i>Data inizio - fine Analisi 19/09/2019 - 19/09/2019</i>	CNR IRSA 1 Q. 64 Vol. 3 1985	unità pH	4,3
Piombo <i>Data inizio - fine Analisi 19/09/2019 - 25/09/2019</i>	PDP 03 C_rev. 18 2019	mg/l	0,22
Rame <i>Data inizio - fine Analisi 19/09/2019 - 25/09/2019</i>	PDP 03 C_rev. 18 2019	mg/l	1,35
Residuo 105 °C <i>Data inizio - fine Analisi 19/09/2019 - 20/09/2019</i>	PDP 26 C_rev.00 2015	%	6,7
Richiesta Chimica di Ossigeno (COD) <i>Data inizio - fine Analisi 20/09/2019 - 20/09/2019</i>	ISO 15705:2002	mg/l	49600
Selenio <i>Data inizio - fine Analisi 19/09/2019 - 25/09/2019</i>	PDP 03 C_rev. 18 2019	mg/l	0,31
Solfati <i>Data inizio - fine Analisi 19/09/2019 - 19/09/2019</i>	PDP 04 C_rev. 13 2019	mg/l	134,5
Zinco <i>Data inizio - fine Analisi 19/09/2019 - 25/09/2019</i>	PDP 03 C_rev. 18 2019	mg/l	7,73

Genesis srl

Capitale sociale al 25.01.2012 euro 17.000,00 i.v. - Cod. Fisc. P. IVA e n° iscrizione Registro delle imprese di Pistoia 01344970478 REA PT n° 141776
 Sede legale: Via Vecchia Bolognese n. 9 - 51100 PT - Sede amministrativa e ricevimento campioni: Via Erbosa, 30 - 51100 PT - tel 0573.528464
 Sede Operativa: Via Olanda, 20 - Z.I. La Tura - 56032 Cascine di Buti (PI) - tel 0587.724845 Fax 0587.723964
www.genesiservices.it - info@genesiservices.it

Le informazioni riportate in corsivo sono fornite dal cliente e il Laboratorio declina ogni sua responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Responsabile Generale Laboratorio
Dott.ssa Balestri Chiara
(Ord. Naz. Biologi n° 045711)

Note:

I risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi ed il rapporto di prova non può essere riprodotto nemmeno parzialmente senza l'autorizzazione della Ditta Genesis s.r.l.

I tempi di conservazione dei campioni sono: 30 giorni dall'emissione del Rapporto di Prova per tutte le tipologie di matrici.
I campioni che si consumano e/o distruggono durante la prova non possono essere conservati.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.genesiservices.it

Il file originale del Rapporto di Prova è firmato con firma digitale dai soggetti suddetti.
Laboratorio inserito nell'elenco regionale dei laboratori con il n° 31 e con Decreto Dirigenziale n° 3083 del 12.07.2012.

Genesis srl

Capitale sociale al 25.01.2012 euro 17.000,00 i.v. - Cod. Fisc. P. IVA e n° iscrizione Registro delle imprese di Pistoia 01344970478 REA PT n° 141776
Sede legale: Via Vecchia Bolognese n. 9 - 51100 PT - Sede amministrativa e ricevimento campioni: Via Erbosa, 30 - 51100 PT - tel 0573.528464
Sede Operativa: Via Olanda, 20 - Z.I. La Tura - 56032 Cascine di Buti (PI) - tel 0587.724845 Fax 0587.723964
www.genesiservices.it - info@genesiservices.it

ALLEGATO
CONFERMA dell' ATTRIBUZIONE del CODICE CER

Percorso di Valutazione e Classificazione:

1. Il materiale, così come consegnato dal Cliente, è stato identificato come Rifiuto, e come tale deve essere classificato e smaltito in base ai risultati e alle informazioni di cui si può disporre.
2. Il materiale appartiene alla categoria dei RIFIUTI CON CODICE A SPECCHIO, e in quanto tale SONO NECESSARIE LE ANALISI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CODICE CER e per la gestione del Rifiuto. Le analisi sono state richieste dal Cliente, e non sembrano mostrare particolari criticità.
3. Pertanto si può riassumere il campione in oggetto con la seguente tabella confermando il Codice CER indicato dal Produttore:

Voce	Conclusione
Il rifiuto presenta categorie di pericolosità:	Nessuna, per convenzione
E' quindi da attribuire il corrispondente Codice CER (caratteristica / numero / descrizione):	Rifiuto Speciale Non Pericoloso Codice CER 19 07 03 "Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02**"

Responsabile Generale Laboratorio
Dott.ssa Balestri Chiara
(Ord. Naz. Biologi n° 045711)

Fine rapporto di prova

Genesis srl

Capitale sociale al 25.01.2012 euro 17.000,00 i.v. - Cod. Fisc. P. IVA e n° iscrizione Registro delle imprese di Pistoia 01344970478 REA PT n° 141776
Sede legale: Via Vecchia Bolognese n. 9 - 51100 PT - Sede amministrativa e ricevimento campioni: Via Erbosa, 30 - 51100 PT - tel 0573.528464
Sede Operativa: Via Olanda, 20 - Z.I. La Tura - 56032 Cascine di Buti (PI) - tel 0587.724845 Fax 0587.723964
www.genesiservices.it - info@genesiservices.it